



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)**

вул. Еспланада, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-76, факс (044) 289-30-29
http://www.dnopr.kiev.ua, E-mail: dnopr@dnopr.kiev.ua, Код ЄДРПОУ 37567777

На № 10/2-30/6/12 від 10/2-30/6/12

*Круковському А.П.
Фудуменку М.Н.
Дія корпорації «
Історія» в робочі
Волошину*

Заступнику директора з наукової роботи інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова члену-кореспонденту НАН України Волошину О.І.

вул. Сімферопольська, 2а,
м. Дніпропетровськ, 49005

Про застосування анемометра АПР-2

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України розглянула Ваш лист від 12.11.2012 № 311-22/11-18-656 щодо застосування серійних зразків анемометру АПР-2 на шахтах та у бойових підрозділах ДВГРС України, виготовлених ТОВ «Підприємство Алеко» і повідомляє.

Фахівцями територіальних управлінь у Донецькому, Луганському і Львівському гірничому окрузі, з 15.11.2012 по 10.12.2012 року, була здійснена перевірка стану промислової безпеки та охорони праці на вугільних підприємствах і у підрозділах ДВГРС, під час якої особлива увага зверталась на наявність дозволів на експлуатацію анемометрів АПР-2 виробництва ТОВ «Підприємство Алеко» та наявності документів щодо проведення державної повірки цих анемометрів.

Під час перевірки гірничотехнічні інспектори виявили 367 анемометрів АПР-2 виробництва цього підприємства, 226 з яких, не мали відповідного дозволу на експлуатацію і своєчасно не пройшли державної повірки. Подальша експлуатація цих анемометрів була заборонена. На посадових осіб, які допустили експлуатацію анемометра АПР-2 з порушенням законодавства накладено адміністративні стягнення.

Заступник Голови

Сергієнко 284 39 09

С. Дунас
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
імені М.С. ПОЛЯКОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
м. Дніпропетровськ
Вхідний № 453
24.12.12