

Затверджую  
директор ІГТМ НАН України  
академік НАН України



А. Ф. Булат

м. Дніпропетровськ

24 липня 2014 р.

АКТ

дефектації анемометрів АПР-2 зав. №1937 та №1990, що надані «Луганським шахтоспецмонтажно-налагоджувальним управлінням» та належать ПТФ ВАТ «ДонПКТі»

Підставою для проведення дефектації є звернення власника до ІГТМ НАН України з метою проведення технічного обслуговування та періодичної Державної метрологічної повірки представлених анемометрів АПР-2 зав. №1937 та №1990 (інвентарні №3049958 та №3049959).

Комісія у складі:

Круковського О. П., доктора техн. наук (голова комісії),  
Дудника М. М., м. н. с. ІГТМ НАН України,  
Веретенника В. М., м. н. с. ІГТМ НАН України,  
Крицького В. Є., гол. технолога відд. №18 ІГТМ НАН України,  
Енгеля С. А., провідного інженера ІГТМ НАН України,  
Павлова П. В., інженера I категорії ІГТМ НАН України,

провела дефектацію анемометрів АПР-2 зав. №1937 та №1990, що надані «Луганським шахтоспецмонтажно-налагоджувальним управлінням» та належать ПТФ ВАТ «ДонПКТі».

При обстеженні виявлено:

- у супроводжувальних документах на анемометри АПР-2 зав. №1937 та №1990 власником значиться ПТФ ВАТ «ДонПКТі», які, судячи з печаток продавця в розділах 18 Керівництва з експлуатації та на їх титульних листах, придбані у ТОВ «Підприємство Алеко» відповідно 16 та 18 лютого 2011 р.;






- у анемометрах АПР-2 зав. №1937 та №1990 з датою виготовлення 2011 року відсутні обов'язкові відмітки та трикутна печатка виробника у Керівництвах з експлуатації, які мусять свідчити про проведення ним вихідного контролю або періодичного технічного обслуговування. Анемометри АПР-2 з такими номерами у 2011 році ІГТМ НАН України не випускалися та ніколи не обслуговувалися;

- відмітки про проведення первинної повірки від 14 лютого та 17 лютого 2011 року анемометрів АПР-2 відповідно зав. №1937 та №1990, що нібито затверджені особистим тавром і підписом Державного повірника С. В. Лосікова, сфальсифіковані, бо з квітня 2010 року він вже не працював у ДП «Дніпростандартметрологія» у зв'язку з виходом на пенсію;

- відмітки про проведення обов'язкової періодичної повірки від 26 березня 2012 року анемометрів АПР-2 відповідно зав. №1937 та №1990, що містяться у Свідоцтвах № 123 і №125, теж нібито затверджених особистим тавром і підписом С. В. Лосікова, сфальсифіковані.

Враховуючи вищенаведене, Комісія дійшла до висновку, що анемометри АПР-2 зав. №1937 та №1990 знаходились в експлуатації з грубим порушенням діючих Державних Законів України щодо засобів вимірювальної техніки. Всі роботи, які виконано з використанням анемометрів АПР-2 зав. №1937 та №1990, несуть загрозу безпеці праці і життю працюючих. Тому анемометри АПР-2 зав. №1937 та №1990 підлягають вилученню з обігу та поверненню власнику для прийняття ним відповідних рішень.

Члени комісії: від ІГТМ НАН України:

 О. П. Круковський  
 М. М. Дудник  
 В. М. Веретенник  
 В. Є. Крицький  
 С. А. Енгель  
 П. В. Павлов