

**Затверджую**

директор ІГТМ НАН України

академік НАН України



А. Ф. Булат

м. Дніпропетровськ

«23» березня 2015 р.

### АКТ

дефектації «Анемометрів АПР-2» зав. №№ 2053, 2054 та 2055, що надані та належать ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (ДП СхідГЗК)

Підставою для проведення дефектації є звернення власника до ІГТМ НАН України з метою проведення технічного обслуговування та періодичної Державної метрологічної повірки представлених «Анемометрів АПР-2» зав. №№ 2053, 2054 та 2055.

Комісія у складі:

Круковського О. П., доктора техн. наук (голова комісії),

Дудника М. М., м. н. с. ІГТМ НАН України,

Веретенника В. М., м. н. с. ІГТМ НАН України,

Крицького В. Є., гол. технолога відд. №18 ІГТМ НАН України,

Енгеля С. А., провідного інженера ІГТМ НАН України,

Павлова П. В., інженера 1 категорії ІГТМ НАН України,

провела дефектацію «Анемометрів АПР-2» зав. №№ 2053, 2054 та 2055, що належать Центральній лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (ЦЛі КВПіА) ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (ДП СхідГЗК)

При обстеженні виявлено:

- корпусні деталі приладів «Анемометрів АПР-2» зав. №№ 2053, 2054 та 2055, що виготовлені підрядчиком ФОП Люлько О. Г. (ІПН 2785407982) на прес-формах, які належать ІГТМ НАН України, мають задовільний вигляд, але заводські пломби на всіх приладах та обов'язкові відмітки ІГТМ НАН України у супроводжувальній їх документації відсутні. ІГТМ НАН України прилади «Анемометр АПР-2» зав. №№ 2053, 2054 та 2055 ніколи не випускав;

- на таблиці приладів «Анемометр АПР-2» зав. №№ 2053, 2054, 2055 та в супроводжувальній їх документації значиться виробник ТОВ «Підприємство Алеко», нанесено Державний знак приналежності до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У1285-00 та є посилання до відповідності їх технічним умовам ТУ У 10.1-05411357-001-2001;

- на таблиці приладів «Анемометр АПР-2» зав. №№ 2053, 2054, 2055 та в супроводжувальних їх керівництвах з експлуатації (крім зав №2054, який відсутній) значиться дата виготовлення 30.11.11, є підписи та штампи «ОТК ТОВ «Підприємство АЛЕКО» від 30.11.11, 03.07.13 (зав. №2055) та відповідно 30.11.11, 13.08.12, 03.07.13 (зав. №2053), що свідчать про відповідність технічним умовам ТУ У 10.1-05411357-001-2001. Але порядок керування у представлених приладів зав. №№ 2053, 2054, 2055 їм зовсім не відповідає (це невідомі прилади), індикатор інший та постійно меркотить, лопаті крильчаток мають ненормований кут установки, струм живлення у 25 разів завищує нормовану ІГТМ НАН України величину, яка затверджена Держстандартом України та МакНДІ;

- Сертифікат № 08С.210М та Сертифікат відповідності МакНДІ, які значаться на табличці і в супроводжувальній документації приладів зав. №№ 2053, 2054, 2055 та на які посилається ТОВ «Підприємство Алеко», не мають ніякого відношення до електронної схеми приладу «Анемометр АПР-2» за ТУ У 10.1-05411357-001-2001, тому електрична схема та прилад у цілому не є вибухонебезпечними. ІГТМ НАН України випускає «Анемометр АПР-2» за іншою електричною схемою, що затверджено Сертифікатом №01С.45М та Сертифікатом відповідності UA1.068.0129529-10 МакНДІ. ІГТМ НАН України надано Висновок експертизи Донецького ЕТЦ №14.-02.-17.-2423.11 щодо повноти документації та відповідності обладнання підвищеної небезпеки

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безстроковий Дозвіл Держгірпромнагляду України №22.11.30, Сертифікат затвердженого типу засобу вимірювальної техніки №У1285 та Сертифікат відповідності №UA-MI/2-4662-2014. Останні Сертифікати надано Інституту Міністерством економічного розвитку і торгівлі України після Державних контрольних випробувань, які проводяться під наглядом Держстандарту України обов'язково кожні три роки.

### ВИСНОВОК

Враховуючи вищенаведене, Комісія відносно наданих ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (ДП СхідГЗК) приладів під назвою «Анемометр АПР-2» зав. №№ 2053, 2054 та 2055, дійшла до висновків:

- ця продукція не може бути ідентифікована як «Анемометр АПР-2», що значиться у Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за №У1285-00, та право виготовлення якої має лише ІГТМ НАН України (додаток 1), та « ... якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього виду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку видається» (Ст.1 Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції);

- державні первинні та періодичні повірки виконані з порушенням чинного законодавства України з метрології, тому що їх виробник, ТОВ «Підприємство Алеко», не має права на випуск приладу «Анемометр АПР-2», що включено до Державного реєстру за номером У1285-00. Державного повірника ДП «Дніпростандартметрологія» В. Е. Топтуненко, який здійснив первинну повірку цих приладів, звільнено;

- всі роботи з використанням вказаних приладів несуть загрозу безпеці праці і життю працюючих. Тому під час перевірки стану промислової безпеки та охорони праці на вугільних підприємствах і у підрозділах ДВГРС службою Держгірпромнагляду України було заборонено подальша експлуатація приладів з назвою «Анемометр АПР-2» виробництва ТОВ «Підприємство Алеко», на посадових осіб, які допустили експлуатацію цих приладів з порушенням законодавства, накладено адміністративне стягнення - лист Держгірпромнагляду України від 12.12.12 № 11197/0/2-36/6/12 (додаток 2);

- повернути власнику їх для прийняття ним відповідних рішень.

Додатки:


1 Лист ДП «Укрметртестстандарт» від 29.10.12 №28-09-3/461

2 Лист Держгірпромнагляду України від 12.12.12 № 11197/0/2-36/6/12

Голова комісії заст. директора інституту

з наукової роботи, д-р техн. наук

Члени комісії:

 О. П. Круковський

М. М. Дудник

В. М. Веретенник

В. Є. Крицький

С. А. Енгель

П. В. Павлов